

De schedelelektrode

Als er een medische reden is waarom je in het ziekenhuis bevalt, worden de harttonen van de baby met een hartfilmpje in de gaten gehouden. Dit heet een CTG. Het CTG wordt met 2 doppen en banden om je buik gemaakt, je hele bevalling lang. Soms adviseert de verloskundige of gynaecoloog om een schedelelektrode te gebruiken. Dit is een draadje op het hoofd van de baby. Hieronder lees je wanneer een schedelelektrode wordt gebruikt en wat de voor- en nadelen zijn. Deze consultkaart kan jou en je verloskundige helpen om te beslissen wat voor jullie belangrijk is tijdens je bevalling.

	Uitwendige registratie	Inwendige registratie
Hoe?	2 doppen op de buik van de moeder, bevestigd met 2 banden om de buik	1 dop op de buik van moeder die de weeën registreert en een draadje op het hoofdje van de baby. Dit draadje wordt in de hoofdhuid geprikt, zodat het vast zit
Wanneer?	Om de conditie van de baby te bepalen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Als de uitwendige registratie niet goed lukt, bijvoorbeeld bij een tweelingbevalling of als je in bad of onder de douche wil 2. Als de uitwendige registratie niet goed lukt en de zorgverlener denkt dat de baby in nood is.
Wat zijn de risico's voor je baby	Geen	Er zit een klein wondje op het hoofd van de baby. Dit leidt zelden tot een infectie
Wat zijn de risico's voor de zwangere?	Geen	Geen
Wat zijn de voordelen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geen pijnprikkel of wondje op het hoofd van de baby 2. Bij een goede registratie kan de zorgverlener de conditie van je baby beoordelen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Met een schedelelektrode kunnen de harttonen van de baby de hele tijd goed worden gecontroleerd, ook als je onder de douche staat of in bad zit. 2. De zorgverlener kan aan het hartfilmpje zien hoe de conditie van je baby is. 3. Je hebt meer bewegingsvrijheid.
Wat zijn de nadelen?	De harttonen kunnen niet altijd goed geregistreerd worden. De verloskundige of gynaecoloog kan dan niet beoordelen of het goed of slecht gaat met de baby.	De plaatsing van de schedelelektrode geeft een pijnprikkel en een klein wondje bij de baby

Keuzekaart

Advies van de zorgverlener	Uitwendige registratie zolang er een goede registratie is en de baby is niet in nood	<p>Als de zorgverlener adviseert om een schedelelektrode te plaatsen, dan is er sprake van een niet goede registratie van de harttonen. Het is daarbij niet mogelijk om te zien of je baby zich wel of niet goed voelt.</p> <p>In sommige medische situaties, vaak acuut, is een goede registratie van de harttonen heel belangrijk. Dan kan de zorgverlener beter advies geven voor een goede geboorte .</p>
Je hebt een keus	Je mag kiezen voor uitwendige registratie, dit is eerste keus van de zorgverlener	<p>Je mag kiezen voor een schedelelektrode.</p> <p>In sommige situaties wordt een schedelelektrode sterk geadviseerd, dat wordt dan met je besproken.</p>

